



**VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI
NAMUOSE UŽTIKRINTI, FUNKCIJŲ TECHNINIO APRAŠYMO PATVIRTINIMO**

2020 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 1K-233
Vilnius

Vadovaudamasis Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 53 punktu:

1. T v i r t i n u Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, funkcijų techninį aprašymą (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojui pagal veiklos sritį.

Direktorius

Gintaras Kacevičius

**MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI
NAMUOSE UŽTIKRINTI, FUNKCIJŲ TECHINIS APRAŠYMAS**

Eil. Nr.	Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, pavadinimas	Funkcijų techninis aprašymas
1.	Insulino pompa su glikemijos duomenų įvertinimo, naudojant diagnostines juosteles gliukozės kiekiui nustatyti, funkcija	Ši insulino pompa – tai sergantiesiems cukriniu diabetu skirtas prietaisas, kuriuo nuolat ir tolygiai leidžiamas insulinas į poodinį sluoksnį ir įvertinama glikemija, naudojant diagnostines juosteles gliukozės kiekiui nustatyti. Insulino pompą su glikemijos duomenų įvertinimo, naudojant diagnostines juosteles gliukozės kiekiui nustatyti, funkcija, sudaro: insulino pompa ir vienkartinės keičiamosios dalys (10 pasirinktų kateterių, 4 rezervuarai) insulinui suleisti į poodį. Insulino pompos atliekamos funkcijos: gliukozės kiekio duomenų nuskaitymo funkcija (atliekama naudojant pultelį arba mobiliojo telefono programėlę, arba rankiniu būdu, įvedant gliukozės kiekio reikšmę iš prietaiso, kuris gliukozės kiekį nustato iš kapiliarinio kraujo, naudojant diagnostines juosteles); insulino pompos ir boliuso suleidimo valdymas (boliuso skaičiuoklė).
2.	Insulino pompa su glikemijos įvertinimo, naudojant nuolatinio gliukozės matavimo jutiklį (4 jutiklius per mėnesį), ir insulino švirkštimo sustabdymo, sumažėjus glikemijai, funkcija	Ši insulino pompa – tai sergantiesiems cukriniu diabetu skirtas prietaisas, kuriuo nuolat ir tolygiai leidžiamas insulinas į poodinį sluoksnį ir įvertinama glikemija, naudojant nuolatinio gliukozės matavimo jutiklius. Insulino pompą su glikemijos įvertinimo, naudojant nuolatinio gliukozės matavimo jutiklį (4 jutiklius per mėnesį), ir insulino švirkštimo sustabdymo, sumažėjus glikemijai, funkcija, sudaro: insulino pompa (rezervuaro langelis, kuriame matomas insulino kiekis, rezervuaras su pritvirtintomis vamzdelio jungtimis, įstatytas į pompos rezervuaro skyrių, baterijos skyrius, ekranas ir pompos mygtukai, kurie naudojami naršyti meniu ir pompos operacijoms nustatyti); vienkartinės keičiamosios dalys (10 pasirinktų kateterių, 4 rezervuarai, 4 jutikliai) insulinui suleisti į poodį; integruotas gliukozės matuoklio valdymo

		pultelis (arba be jo). Insulino pompos atliekamos funkcijos: glikemijos duomenų nuskaitymo funkcija (vykdoma per siūstuvą, jungiamą prie nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutiklio); insulino pompos ir boliuso suleidimo valdymas (boliuso skaičiuoklė).
3.	Išorinė automatinė infuzinė pompa ilgalaikiai opioidinių analgetikų infuzijai atlikti su užrakinimo funkcija (apsauga nuo paciento savavališko vaistų dozės reguliavimo)	Infuzinė pompa – tai prietaisas, skirtas infuziniams tirpalams lašinti (milimetrais per valandą (ml/ h)). Infuzinė pompa su boliuso taikymo funkcija ir įdėklu su užraktu (keičiamosios ir komplektuojamosios dalys: švirkštai 50 ml su guminiu stūmokliu ir <i>Luer lock</i> jungtimi (ne mažiau kaip 30 vnt. / mėn.); prailginimo linija (ne mažiau kaip 30 vnt. / mėn.); <i>Butterfly</i> (drugelio tipo) adata poodiniam nuskausminimui atlikti (ne mažiau kaip 30 vnt. / mėn.); pleistrai adatai fiksuoti (ne mažiau kaip 30 vnt. / mėn.); vienkartinės AAA baterijos (ne mažiau kaip 2 vnt. / mėn.)). Išorinę automatinę infuzinę pompą ilgalaikiai opioidinių analgetikų infuzijai atlikti su užrakinimo funkcija (apsauga nuo paciento savavališko vaistų dozės reguliavimo) sudaro: infuzinė pompa; vienkartinės keičiamosios dalys; skaitinė klaviatūra; spalvotas LCD ekranas. Infuzinės pompos atliekamos funkcijos: klaviatūros užrakto funkcija (naudojant slaptažodį arba jo nenaudojant); infuzijos nustatymo funkcija – srauto greitis, tūris, lašinimo laikas; paskutinių nustatymų atmintis; likusio laiko rodymas – signalo kartojimo funkcija; garsinis signalas.